



Universidad Nacional de Asunción  
*Facultad de Ciencias Químicas*

Departamento de Contrataciones

www.qui.una.py

E - mail.: uocfcc@qui.una.py

Telefax: 595 - 21 - 7290030

CC: 1055, Asunción - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

## ADENDA N° 1

Con respecto a la Licitación UGPI N° 004 - **ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO – PROYECTO CONACYT SERT23-9**, se modifican las siguientes especificaciones técnicas:

Ítem	Código	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	41104901-9999	Filtro para Jeringa	Filtros ajustables a jeringa estéril, de PTFE de 0,22 micras de poro, con un diámetro de 28 mm. Debe presentar envoltura individual.	Unidad	Caja por 50 unidades	1
27	40161701-004	Centrifuga de laboratorio refrigerada	Centrifuga de mesada refrigerada de alta capacidad Velocidad Máxima: al menos 4.000 rpm / 2952xg máx RFC Volumen máximo: 4 x 400 mL Rango velocidades: 200 – 16.000 rpm Rango Temperaturas: -10°C a 40°C Tiempo de corridas:  Dimensiones estimadas: 785*670*445mm (W x H x D) Nivel de ruido <65 dBA Debe incluir al menos un rotor oscilante con 8 posiciones con ángulos de 0° a 90° Debe incluir soporte para 8 tubos de fondo cónicos de 50mL (29 mm) y al menos 8 adaptadores para tubos de 15 mL de fondo cónico (17 mm) Primer mantenimiento preventivo gratis. Garantía mínima un año. Primer mantenimiento preventivo incluido. Con instalación y en funcionamiento garantizado	Unidad	Unidad	1

**Además, se modifican las fechas de consulta, recepción y apertura de sobres:**

Fecha tope de recepción de consultas: martes 12/09/2024, hasta las 09:00

Fecha y hora de entrega de sobres: martes 17/09/2024, 10:00

Fecha y hora de apertura de sobres: martes 17/09/2024, 10:15



*Fátima B. Cabañas P.*  
Lic. Fátima B. Cabañas P.  
Jefa de Contrataciones